



Утверждаю:

Главный врач МБУЗ ГСП№3

стоматологии И.В.Багаутдинова

2013г.

## Техническое задание на изготовление и монтаж мебели в помещении МБУЗ ГСП№3 по адресу:г.Пермь, ул.Плеханова 61.

Требования к приобретаемой мебели.

1. Все материалы, используемые для изготовления мебели должны соответствовать государственным стандартам и сопровождаться удостоверениями качества, гигиеническими сертификатами, сертификатами соответствия (обязательной сертификации) и другими документами, подтверждающими качество.

~~2. Для выполнения заказа мебель должна обладать следующими производственными характеристиками.~~

3. Мебель должна выдерживать многократную разборку и сборку без потери функциональных свойств, наружные и внутренние поверхности мебели должны быть гладкими и устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

4. Поставщик должен осуществлять доставку, разгрузку, подъём на этаж, сборку, уборку и вывоз упаковки и мусора.

5. Гарантийный срок на поставляемую мебель — 24мес.

Спецификация мебели(чертежи прилагаются).

Кабинет 8.

1. Комплект: 2770\*600\*850 с 2 мойками из нержавеющей стали. Столешница 38мм покрыта пластиком, плинтус пристеночный пластиковый RENAU цоколь пластиковый. ЛДСП 16мм. Фасады покрыты пластиком, в кромке ПВХ 2мм, остальное в ПВХ, 0,4мм. Двери-купе.

2. Стол 1900\*500\*850. Столешница 38мм покрыта пластиком, ЛДСП 16мм. Ящики-метабоксы полного выдвижения. Фасады покрыты пластиком, в кромке ПВХ 2мм, остальное в ПВХ, 0,4 мм. Двери –купе.

Кабинет № 14:



1. Комплект: 3950\*600\*850 с 2 мойками из нержавеющей стали. Столешница 38мм покрыта пластиком, плинтус пристеночный пластиковый RENAU цоколь пластиковый. ЛДСП 16мм. Фасады покрыты пластиком, в кромке ПВХ 2мм, остальное в ПВХ, 0,4мм. Двери-купе.

2. Стол 5330\*600\*850. Столешница 38мм покрыта пластиком, ЛДСП 16мм. Фасады покрыты пластиком, в кромке ПВХ 2мм, остальное в ПВХ, 0,4 мм. Двери –купе


Цвет материалов по согласованию с заказчиком.

Кор N8

①



Каб N 14



Вверху куне

